

テレフレックスは、グローバルに事業展開し、人々の健康と生活の質の向上を目指した医療技術を持つ企業です。私たちは、患者さまと医療機関のお役に立てるよう、満たされていない臨床的ニーズを絶え間なく追求するという使命のもと、イノベーションを続けています。当社の製品ラインは、血管アクセスやインターベンションアクセス、外科治療、麻酔、心疾患治療、泌尿器治療、救急医療、呼吸器治療の分野のソリューションを網羅しています。世界中で働くテレフレックスの社員は、業務が日々変化をもたらすことであることを理解した上で、一致団結しています。詳細は、teleflex.comをご覧ください。

テレフレックスは、Arrow、Deknatel、Hudson RCI、LMA、Pilling、Rüsch、Weckといった信頼できるブランドを展開しています。すべてのブランドが共通の目的認識を共有しています。

Corporate Office

Phone +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, USA

Regional Offices

United States: Phone +1 919 544 8000, Toll Free 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, USA

Latin America: Phone +1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, USA

International: Phone +353 (0)9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Ireland

Australia/New Zealand 1300 360 226

Austria +43 (0)1 402 47 72

Belgium +32 (0)2 333 24 60

Canada +1 (0) 905 943 9000

China (Shanghai) +86 (0)21 6163 0965

China (Beijing) +86 (0)10 6418 5699

Czech Republic +420 (0)495 759 111

France +33 (0)5 62 18 79 40

Germany +49 (0)7151 406 0

Greece +30 210 67 77 717

India +91 (0)44 2836 5040

Italy +39 0362 58 911

Japan +81 (0)3 6632 3600

Korea +82 2 536 7550

Mexico +52 55 5002 3500

Netherlands +31 (0)88 00 215 00

Portugal +351 22 541 90 85

Singapore (SEA non-direct sales countries) +65 6439 3000

Slovak Republic +421 (0)3377 254 28

South Africa +27 (0)11 807 4887

Spain +34 918 300 451

Switzerland +41 (0)31 818 40 90


United Kingdom +44 (0)1494 53 27 61

詳細はwww.teleflex.comをご覧ください。

Teleflex, the Teleflex logo, Arrow, Arrow Advancer, ARROWg+ard Blue Plus, Blue FlexTip, Deknatel, ErgoPack, Hudson RCI, LMA, Pilling, Rüsch and Weck are trademarks or registered trademarks of Teleflex Incorporated or its affiliates, in the U.S. and/or other countries.

Information in this document is not a substitute for the product Instructions for Use. The products in this catalogue may not be available in all countries. Please contact your local representative. All data current at time of printing (02/2016). Subject to technical changes without further notice. © 2016 Teleflex Incorporated. All rights reserved.

94 30 43 - AP JA JA - REV A - MC / PDF - 02 16 PDF TMJ_180-2



Arrow

中心静脈カテーテル

Arrow 中心静脈カテーテルキット HP

Arrow 中心静脈カテーテルキット HP

特長

1本のカテーテルで2つの機能を果たします。

耐圧性中心静脈カテーテルを留置することで、造影剤注入用のカテーテル留置は不要となり、医療現場と患者様に新たな価値をご提供します。

ARROW中心静脈カテーテルキットHPは、一般的な耐圧PICCより高流量での注入が可能となるため、効率的な造影剤投与で患者様の苦痛を軽減することにご貢献します。

識別ラベル

各エクステンションラインのハブには最大許容流用の記載、一目で許容流量の確認が行えます。

高圧注入流量

最大注入速度10mL/s (耐圧性PICCの約2倍) での高圧注入が可能です。

警告・禁忌・禁止

詳細は添付文書をご確認下さい。

- 再使用及び再滅菌禁止。
- カテーテル、ガイドワイヤを右心房内に挿入または留置しないこと。
- カテーテル又はガイドワイヤの留置・抜去の際は無理な力を加えないこと。容易に留置・抜去ができないときは、エックス線撮影によりこれらの位置を確認し、必要な処置を施すこと。
- ダイレータを挿入する際は無理な力を加えないこと。
- 使用前に患者の既往歴から、中心循環系の留置型医療機器(ステント、下大静脈フィルター等)の有無を確認し、留置されている場合は本品を使用しないこと。
- ガイドワイヤやカテーテルは切断しないこと。
- カテーテルを直接縫合しないこと。また、縫合リングを用いて固定する場合には、きつく縫合しないこと。
- 造影剤注入装置の制限注入圧力の設定は400 psiを超えないこと。また、各ルーメンに記載の最大流量を超えないこと。
- カテーテルに表示された最大許容流量や10回の注入を超えて使用しないこと。
- 穿刺部位では、偶発的な接続不良に注意し、針またはカテーテルを大気中に開放したまま放置しないこと。
- ドレッシングを取り除く際、鋭利なものを使用しないこと。
- カテーテル挿入時及び抜去直後は、中心静脈を大気圧に直接さらさないこと。
- ユーザーガードハブはインジェクションキャップに接続したままで使わないこと。
- 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含有する製剤は、インジェクションキャップ、活栓及びユーザーガードハブを介して投与しないこと。

ARROW 中心静脈カテーテル HP

耐圧性の中心静脈カテーテルを使用するメリット。

- 造影剤注入用のカテーテル留置は不要。患者様の苦痛・負担の軽減。
- 医療現場の時間の節約、手順の効率化。
- より迅速に鮮明な造影画像が入手できる。
- 最大流量10mL/秒

耐圧製血管カテーテル トリプルルーメン

トリプルルーメン	MAX Flow Rate (mL/sec) 11 10 9 8 7 6 5 4 3	ディスタルルーメン 最大流量 vs. 粘度 (300psi)	造影剤 粘度(37°) (mPa・s)	ディスタル 最大流用 (mL/sec)	メディアール プロキシマル 最大流用 (mL/sec)	ディスタル 16G	7	121	10	155	337
7Fr						メディアール 18G	5	186	5	186	345
20cm						プロキシマル 18G	5	180	5	180	315
(カテーテル有効長)											
		メディアール/プロキシマルルーメン	11.8 9.4 6.3 4.7	7.0 8.5 10.0 10.0	5.0 8.5 5.0 5.0						
		粘度(37°)									